

ロータブレーター（ボストン・サイエンティフィック社）

| 施設基準 | 既施行施設 (2020年3月31日時点で 施行している施設) | 過去5年以内に 実施経験ありの施設 | 施設で使用経験無しの施設 |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| J-PCI登録 | ○ | ○ | ○ |
| デバイストレーニング | 不要 | ○ | ○ |
| 施設見学 or プロクター いずれか | 不要 | 不要 | ○ |

Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy システム (メディキット社)

| 施設基準 | 既施行施設 (2020年3月31日時点で 施行している施設) | 過去5年以内に 実施経験ありの施設 | 施設で使用経験無しの施設 |
|--|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| J-PCI登録 | ○ | ○ | ○ |
| 施設に対するデバイストレーニング | 不要 | ○ | ○ |
| プロクター #プロクターは施設に対してではなく、医師に対して施行される | # | # | # |

| 医師基準 | 6例のプロクターを2020年 3月31日までに修了した医師 | 未経験またはプロクターを 修了していない医師 |
|------------------|----------------------------------|--|
| 医師に対するデバイストレーニング | 不要 | ○ (トレーニング中の医師を除く) |
| プロクター | 不要 | 医師あるいは企業による 6症例までのプロクタリングを 必須とする |

ELCA冠状動脈アテローム切除術用カテーテル（フィリップス・ジャパン社）

| 施設基準 | 既施行施設 (2020年3月31日時点で 施行している施設) | 過去5年以内に 実施経験ありの施設 | 施設で使用経験無しの施設 |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| J-PCI登録 | ○ | ○ | ○ |
| デバイストレーニング | 不要 | ○ | ○ |
| 施設見学 or プロクター いずれか | 不要 | 不要 | ○ |

IVLシステム（Shockwave Medical Japan 株式会社）

| 施設基準 | 今後使用開始する施設 |
|--------------------|------------|
| J-PCI登録 | ○ |
| デバイストレーニング | ○ |
| 施設見学 or プロクター いずれか | 不要 |

※ IVLシステムは、以下いずれかの条件を満たした施設のみ、使用可能となります。

- ロータブレーター（ボストン・サイエンティフィック社）及び、Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy システム（メディキット社）の**両方を施行している施設**
- ロータブレーター（ボストン・サイエンティフィック社）又は、Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy システム（メディキット社）の**いずれかのデバイスを、過去2年間で25症例以上施行している施設**