

お客様各位

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社
アキュート・ケア・セラピー事業部
事業部長 マーク ロング

IAB カテーテル TRANS-RAY、TRANS-RAY Plus、YAMATO Plus-R
の供給停止・遅延についてのご連絡

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび下記製品の原材料不足による製造遅延により、当該製品のご提供が遅れており、お客様にはご迷惑、ご不便をおかけいたしまして大変申し訳ございません。

	製品番号	製品名
TRANS-RAY	D684-00-0545-01	IAB カテーテル TRANS-RAY 34cc
	D684-00-0546-01	IAB カテーテル TRANS-RAY 40cc
TRANS-RAY Plus	D684-00-0607	IAB カテーテル TRANS-RAY Plus 35cc
	D684-00-0608	IAB カテーテル TRANS-RAY Plus 40cc
YAMATO Plus-R	D684-00-0559-01	IAB カテーテル Yamato Plus-R 7.5 Fr. 30 cc

本年1月、上記製品につきまして、3月下旬頃の供給再開を目指していますとのご案内を致し、製造元においても最大限努力していますが、原材料の不足による部材調達の遅延により、製造・供給の遅延が現状としてまだ収束出来ておりません。

現在、**本年7月下旬頃の供給再開に向け、製造・供給のための準備を進めております。**再開時期が明確になり次第、改めてご案内をさせていただきたく存じ上げます。

ご参考に、別添にて、代替品となりうるIABP製品の取り扱いがある各社メーカー様のご連絡先等をお示しさせていただきます。ただし、必ずしも各社様の製造量をご要望の発注数を満たせるかは定かではございませんので、ご承知おき下さい。

弊社におきましても、製品供給に最大限の努力を尽くしてまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

上記カテーテルに関しましては、ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社までお問合せを頂戴できますようお願い申し上げます。

●ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 TEL:03-5463-8316

【別添】代替製品に関して

代替製品に関しましては、以下の IABP 取扱いメーカー様へお問い合わせください。

- 泉工医科工業株式会社 循環器部二課 TEL:03-3812-3254
- ゼオンメディカル株式会社 TEL:03-3216-1265
- テレフレックスメディカルジャパン株式会社 カスタマーサービス TEL:0570-055-160
- 株式会社東海メディカルプロダクツ TEL:0568-54-7661